



Nomor : FR.03.02/1/0298/2022  
Lampiran : -  
Hal : Surat keterangan

21 April 2022

Yth. Pimpinan PT. Sumber Energy  
Surabaya

Sehubungan dengan surat Saudara pada April 2022 perihal surat Permohonan Penghabisan Stok Import Sarung Tangan, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 106 bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar
2. Berdasarkan Permenkes Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga:
  - a. Pasal 4 ayat 1 bahwa Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dan PKRT yang diproduksi, diimpor, dirakit dan/atau dikemas ulang, yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia harus memiliki Izin Edar.
  - b. Pasal 40 bahwa Produsen, PAK, atau Importir PKRT yang akan mengedarkan Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dan PKRT harus mencantumkan penandaan dan informasi Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dan PKRT.
  - c. Surat yang saudara ajukan untuk penghabisan stok produk sebagai berikut:
3. Surat yang saudara ajukan untuk penghabisan stok produk sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Nomor Izin Edar	Masa Berlaku
1.	GOLDEN GLOVES Latex Powder	AKL 10903410355	26-03-2023
2.	GOLDEN GLOVES Powder Free Textured	AKL 10903411237	20-03-2023
3.	GOLDEN GLOVES Latex Sterile Surgical Gloves Powder Free	AKL 11603912069	25-11-2024
4.	GOLDEN GLOVES Latex Sterile Surgical Gloves, Powder	AKL 11603413809	09-04-2023
5.	GOLDEN GLOVES Surgical Face Mask	AKL 21603413404	13-07-2024
6.	GOLDEN GLOVES Nitrile Examination Gloves	AKL 10903411344	26-03-2023
7.	GOLDEN GLOVES Disposable Nurse Cap	AKL 11603911266	21-02-2025

Karena saat ini Saudara sedang dalam upaya proses peralihan dari produk impor menjadi produk dalam negeri, maka bersama ini kami sampaikan bahwa kami menyetujui surat permohonan Saudara untuk penghabisan sisa stok produk impor tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal dikeluarkannya surat ini.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Produksi dan  
Distribusi Alat Kesehatan,



**Ir. Sodikin Sadek, M.Kes**

Tembusan :

-